

CERTIFICADO Fabricación

CONFECCIONES CABANILLAS S.L.

Polígono Industrial las labradas Vial La Rioja 28
TUDELA-NAVARRA

Declara que la mascarilla higiénica reutilizable R3 Mask se ha fabricado de acuerdo a los estándares de fabricación de la norma UNE0065:2020

2020TM16710 AITEX. Resultado en la norma EN 14683:2019+AC:2019. **UNE0065:2020**

ENSAYOS TESTS		RESULTADOS RESULTS (Promedio ± DS) (Average ± SD)
Pto 5.2.2	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) <i>Bacterial Filtration Efficiency (BFE) (%)</i>	93,38 ± 4,81
Pto 5.2.3	Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm ²) <i>Breathability: Differential pressure (Pa/cm²)</i>	32,6 ± 1

L/0056654-2 AIJU Resultado en la norma: **CWA17553:2020**

ENSAYO // Test : Análisis según // According to

Ensayo de respirabilidad, (presión diferencial) según anexo C de la norma UNE-EN 14683:2019+AC «Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo» después de 50 ciclos de lavado y desinfección. // - Breathability test, (differential pressure) according to the annex C of the standard EN 14683: 2019 + AC:2019 «Medical face masks. Requirements and test methods» after 50 cycles of cleaning and disinfection.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS SEGUN // RESULTS OF THE TESTS ACCORDING TO

Ensayo de respirabilidad, (presión diferencial) según anexo C de la norma UNE-EN 14683:2019+AC // Breathability test, (differential pressure) according to the annex C of the standard EN 14683: 2019 + AC:2019.

Aplicados sobre la ref.// applied to the following items:

Ref. 150 Mascarilla Higiénica Reutilizable

ENSAYOS REALIZADOS // TEST		RESULTADOS // RESULTS Presión diferencial media // Average differential pressure ± DT (Pa/cm ²)
Pto. 5.2.3	Respirabilidad. Presión diferencial // Breathability: Differential pressure	21,6 ± 1.0

* Presión diferencial media y DT para 25 medidas // Averagedifferentialpressure and DT for 25 measurements

Ensayo / Assay	RESULTADOS (Promedio ± DS*) RESULTS (Average ± DS*)
Eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) <i>Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)</i>	82% ± 3% (DS*)

Tudela, España, 01 de Julio 2020

CONFECCIONES CABANILLAS S.L.

